

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	陈俊涛
	职称:	高级工程师
	工作单位:	安徽省公安厅
项目信息	项目名称:	采购幽门螺杆菌检测试剂材料
	供应商名称:	1. 深圳市中核海得威生物科技有限公司 2. 安徽毅丰商贸有限公司
专业人员 论证意见	该单位现在用海得威幽门螺杆菌检测试剂HBT-20A2型,需购买配套使用试剂卡(14C)胶囊和芯片,专机专用,使用其他品牌试剂在仪器上操作,校正结果有异议,无法对设备进行日常维护及校正。建议采用单一来源采购方式,从其唯一授权供应商海得威的供应商深圳市中核海得威生物科技有限公司和安徽毅丰商贸有限公司招标采购。	
专业人员签字	陈俊涛	日期 2024 年 3 月 22 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	陈旭宇
	职称:	教授
	工作单位:	安徽医科大学
项目信息	项目名称:	幽门螺杆菌检测配套材料
	供应商名称:	1. 深圳市中核海得威生物科技有限公司 2. 安徽毅丰商贸有限公司
专业人员 论证意见	目前,安徽省寿县人民医院在用幽门螺杆菌试剂为海得威幽门螺杆菌测试仪(HCUBT-20A2),该试剂用集气卡和深圳市中核海得威专利产品,配有海得威生产的核子卡。同时,该厂生产的[14C]胶囊为安徽省医药集中采购平台产品,两采购平台仅有深圳中核海得威生物科技有限公司和上海欣科医药有限公司,无法满足产品品牌的要求。安徽毅丰商贸有限公司为该厂在寿县人民医院生产集气卡的唯一授权供应商。据论证与该院在用试剂匹配度良好,耗材良好,溯源准确及稳定性,满足试剂对主网耗材的单一兼容性,建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	陈旭宇	日期 2020年 3月 22日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	张恩举
	职称:	副文化技师
	工作单位:	安徽省胸科医院
项目信息	项目名称:	我院幽门螺杆菌检测配套材料
	供应商名称:	1. 深圳市中核海得威生物科技有限公司 2. 安徽毅丰商贸有限公司
专业人员 论证意见	该院幽门螺杆菌检测配套材料, 仪器为深圳市中核海得威生物药厂(设备型号: HUBT-20A2), 现与该院配套使用, 该卡须与海得威生产的尿素(14C)胶布(剂量0.75u Ci)配套使用。使用其它品牌试剂在仪器上操作, 校正结果有异议, 无法对设备进行日常维护及校正。而深圳市中核海得威生物有限公司和安徽毅丰商贸有限公司为同一供应商, 须采用单一来源采购。	
专业人员签字	张恩举	日期 2024年 3月 22日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。