


专家签到表

招标项目	寿县人民医院主动脉内球囊返搏泵（IABP）采购项目		
采购单位	寿县人民医院		
论证时间	2024年9月26日14时30分（北京时间）		
评审专家基本信息			
姓名	单位	职称	联系电话
陈仁清	安徽省心血管医院	主任	16101696141
黄少辉	安徽中医药大学二附院	主任	15905510568
叶青山	病理科学研究院	研究员	13605513559
张恩举	安徽省胸科医院	主任	13856072551
法律专家基本信息			
陈仁清	安徽省招标投标事务中心	主任	13956072554
专家签到			
陈仁清 叶青山 黄少辉 张恩举			
陈仁清			

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	寿县人民医院
拟采购产品名称	主动脉内球囊反搏泵（IABP）
拟采购产品金额	1000000 元
采购项目所属项目名称	寿县人民医院主动脉内球囊反搏泵（IABP） 采购及安装项目
采购项目所属项目金额	1000000 元
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述：1. IABP 主要用于危重病人抢救，心脏手术时的辅助，对抢救急性心肌梗死、急性心衰等危重患者，提供了较高的生命保障，也是创建胸痛中心必备条件之一 2. 该设备的临床使用可以提升我院心脏疾病救治的综合水平，从而降低危重症急性冠脉综合征患者高风险指数，提高冠心病手术的成功率，降低我院冠心病患者的转诊率。3. 进口设备具有测量范围广、精准度高特性。4. 进口设备性能稳定，精心部件的使用寿命和耐用性较好。	
三、专家论证意见	
① IABP 用于危重症病人的抢救、心脏手术的辅助，对抢救心梗、心衰等危重患者提供较高的生命保障。 ② 该设备对本院提升心脏疾病的综合水平，提高冠心病手术的成功率，降低冠心病人的转诊率有很大的帮助。 ③ IABP 国产无同类设备。 综上所述，为满足本院临床治疗需求，经实物进口 IABP。	
专家签字	张恩平
2024 年 9 月 26 日	


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	寿县人民医院
拟采购产品名称	主动脉内球囊反搏泵（IABP）
拟采购产品金额	1000000 元
采购项目所属项目名称	寿县人民医院主动脉内球囊反搏泵（IABP） 采购及安装项目
采购项目所属项目金额	1000000 元
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述：1. IABP 主要用于危重病人抢救，心脏手术时的辅助，对抢救急性心肌梗死、急性心衰等危重患者，提供了较高的生命保障，也是创建胸痛中心必备条件之一 2. 该设备的临床使用可以提升我院心脏疾病救治的综合水平，从而降低危重症急性冠脉综合征患者高风险指数，提高冠心病手术的成功率，降低我院冠心病患者的转诊率。3. 进口设备具有测量范围广、精准度高特性。4. 进口设备性能稳定，精心部件的使用寿命和耐用性较好。	
三、专家论证意见	
1. 进口主动脉内球囊反搏泵用于抢救、心脏危重病人，提高生命保障，是创建胸痛中心必备设备。 2. 进口设备具有测量范围广、精准度高、性能稳定。 3. 目前国产没有可替代产品，必须进口。	
专家签字	
2024 年 9 月 26 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	寿县人民医院
拟采购产品名称	主动脉内球囊反搏泵（IABP）
拟采购产品金额	1000000 元
采购项目所属项目名称	寿县人民医院主动脉内球囊反搏泵（IABP） 采购及安装项目
采购项目所属项目金额	1000000 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述：1. IABP 主要用于危重病人抢救，心脏手术时的辅助，对抢救急性心肌梗死、急性心衰等危重患者，提供了较高的生命保障，也是创建胸痛中心必备条件之一 2. 该设备的临床使用可以提升我院心脏疾病救治的综合水平，从而降低危重症急性冠脉综合征患者高风险指数，提高冠心病手术的成功率，降低我院冠心病患者的转诊率。3. 进口设备具有测量范围广、精准度高特性。4. 进口设备性能稳定，精心部件的使用寿命和耐用性较好。	
三、专家论证意见	
1. 主动脉反搏泵（IABP）设备主要用于抢救危重病人及进行心脏手术时的辅助治疗手段。	
2. IABP 对抢救急性心肌梗死、急性心衰等危重病人提供了较高的生命保障。	
3. 目前国内尚无同类设备。	
综上所述，为提升医院心脏疾病救治的综合水平，经采购进口设备。	
专家签字	张永华
2024 年 9 月 26 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	寿县人民医院
拟采购产品名称	主动脉内球囊反搏泵 (IABP)
拟采购产品金额	1000000 元
采购项目所属项目名称	寿县人民医院主动脉内球囊反搏泵 (IABP) 采购及安装项目
采购项目所属项目金额	1000000 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3. 其他。	
原因阐述: 1. IABP 主要用于危重病人抢救, 心脏手术时的辅助, 对抢救急性心肌梗死、急性心衰等危重患者, 提供了较高的生命保障, 也是创建胸痛中心必备条件之一 2. 该设备的临床使用可以提升我院心脏疾病救治的综合水平, 从而降低危重症急性冠脉综合征患者高风险指数, 提高冠心病手术的成功率, 降低我院冠心病患者的转诊率。3. 进口设备具有测量范围广、精准度高特性。4. 进口设备性能稳定, 精心部件的使用寿命和耐用性较好。	
三、专家论证意见	
本项目拟采购产品不属于国家安全和保密, 符合财政部《政府采购管理办法》之规定。不属于中国禁止进口、限制进口产品目录, 建议履行程序, 依法采购。以上意见供参考,	
专家签字	 2020 年 9 月 16 日